

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัย กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนบาทถ้วน-)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

-

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

บริษัท วินเนอร์รี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

๕. เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวดุริยา	พองมูล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕.๒ นางสาวกฤติยา	แย้มเนียม	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๕.๓ นางสาวสุมิตรา	วันละยา	นักเทคนิคการแพทย์

รายละเอียดคุณลักษณะ

ชุดเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตัวเองทางช่องคลอด เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ ด้วยตัวเองทางช่องคลอดเพื่อใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ไม้ป้ายสิ่งส่งตรวจขนาดเล็กคล้าย cotton bud ความยาวจากปลายถึงบริเวณขีดด้ามจับประมาณ ๗ ซม.

๒.๑.๒ หลอดน้ำยารักษาสิ่งส่งตรวจ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒.๙ มล. สามารถคงสภาพสิ่งส่งตรวจได้นานไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ที่อุณหภูมิ ๑๕-๓๐ องศาเซลเซียส

๒.๑.๓ คู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษ มีภาพประกอบเข้าใจง่าย

๒.๒ มีหลักฐานยืนยันด้านประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๒.๒.๑ ต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีชนิดความเสี่ยงสูง ๑๔ สายพันธุ์

๒.๒.๒ สามารถใช้ได้กับน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๒.๓ มีหลักฐานการผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา

๒.๓.๑ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA)

๒.๓.๑ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ มีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ที่สามารถสาธิตการใช้ชุดตรวจ และวิธีการใช้งานกับเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสเอชพีวี

๓.๒ มีสื่อสิ่งพิมพ์หรือวิดีโอ ที่สามารถใช้สื่อสารขั้นตอนการเก็บสิ่งส่งตรวจได้อย่างชัดเจน

๓.๓ ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา FDA ได้รับการประทับตรารับรอง การออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวดริยา พองมูล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา แยมเนียม)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุมิตรา วันละยา)