

๔.๑.๕ ราวกันเตียง (Side Rail) เป็นแบบปีกนกแบบ ๒ ตอน ทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (PE Plastic) หรือดีกว่า โดยราวกันเตียงท่อนบนและราวกันเตียงท่อนล่างอยู่ชิดกัน สามารถพับเก็บและยกขึ้นได้ง่าย โดยใช้ระบบโชคอัพ (Shock Absorber)

๔.๑.๖ ราวกันเตียงมีระบบป้องกันผู้ป่วยปลดราวกันเตียงเอง (Anti-tampering lock) โดยถ้ามีแรงดันที่ราวกันเตียงจากด้านใน ผู้ป่วยจะไม่สามารถปลดราวกันเตียงลงได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ป่วยพลัดตกเตียง

๔.๑.๗ มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ และกันชนติดตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ของเตียง เพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างเข็นเคลื่อนย้าย

๔.๒ ระบบควบคุมการปรับท่าต่าง ๆ ของเตียง

๔.๒.๑ ปรับท้ายกแผ่นหลังได้ไม่น้อยกว่า ๐-๗๐ องศา (Back raise)

๔.๒.๒ ปรับท้ายกเข้าได้ไม่น้อยกว่า ๐-๒๕ องศา (Knee raise)

๔.๒.๓ ปรับระดับความต่ำสุดของเตียงได้ไม่มากกว่า ๓๘๐ มม. และปรับระดับความสูงสุดของเตียงได้ไม่มากกว่า ๗๕๐ มม. โดยวัดจากระดับพื้นเตียง (Lo-Hi adjustment)

๔.๒.๔ มีกล่องควบคุมสำหรับล็อก และปลดล็อกการทำงานของรีโมทคอนโทรล แยกออกจากชุดรีโมทคอนโทรล โดยกล่องควบคุมติดตั้งอยู่บริเวณด้านข้างเตียงใกล้กับพื้นเตียงส่วนสะโพก

๔.๒.๕ มีตัวบอกรองศา ในการปรับเตียง อยู่ด้านข้างเตียงทั้ง ๒ ด้าน

๔.๓ การเคลื่อนย้ายเตียง

๔.๓.๑ มีระบบการควบคุมแบบ ๔ ล้อ โดยมีคานเหยียบติดตั้งอยู่ที่ล้อด้านปลายเตียงทั้ง ๒ ข้าง สามารถปรับได้ ๓ ตำแหน่งคือ ระบบการล็อก ๔ ล้อ (Lock), การเคลื่อนย้ายในแนวอิสระ (Free) และการเคลื่อนย้ายด้วยการบังคับแนว (Steer)

๔.๓.๒ ล้อของเตียงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มม.

๔.๔ ที่นอนสำหรับผู้ป่วย

๔.๔.๑ ผลิตจากโพลียูรีเทนหรือยูรีเทนโฟม (Urethane Foam) ชนิดป้องกันแผลกดทับและเป็นชั้นเดียวกันตลอดทั้งเบาะ

๔.๔.๒ ปลอกที่นอนมีคุณสมบัติกันน้ำ, ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย


๔.๔.๓ มีขนาดความยาวไม่มากกว่า ๒,๐๐๐ มม. ความกว้างไม่มากกว่า ๘๖๐ มม. และความหนาไม่มากกว่า ๑๕๐ มม.

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

(นางยุพา วงษ์มุล)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นางจริยาพร พิมวาปี)

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นางจตุพร อินทร์ป่า)

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เสาหน้าเกลือชนิดปรับระดับได้ พร้อมขอแขวน ๔ ขอ
พับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

จำนวน ๑ ชุด/เตียง

๕.๒ ที่นอนชนิดป้องกันแมลงกัดทาบขนาดพอดีกับเตียง
และเป็นยี่ห้อเดียวกันกับเตียงไฟฟ้าที่นำเสนอ

จำนวน ๑ ชุด/เตียง

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ สินค้าที่จะส่งมอบเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๖.๒ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด


๖.๓ กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

๖.๔ รับประกันคุณภาพในสภาวะการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุ
เรียบร้อยแล้ว


๖.๕ ผู้เสนอราคา มีเอกสารการสำรองอะไหล่ไว้สำหรับจำหน่าย เปลี่ยนซ่อม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๖.๖ ผู้เสนอราคา จะต้องแนบแคตตาล็อกที่ทำเครื่องหมายระบุหมายเลขข้อคุณลักษณะที่ตรงตาม
ข้อคุณลักษณะที่กำหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๗ มีการสาธิตวิธีการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา ให้กับผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องในวันส่งมอบ
พัสดุ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางยุพา วงษ์มุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจิริยาพร พิมวาปี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางจตุพร อินทร์ป่า)